ANEXO - DISPOSICIÓN N° 106/HGAT/17

P49

Condiciones particulares

- Los insumos solicitados son para cubrir un consumo de 12 meses.
- Los insumos solicitados deberán estar registrados en el ANMAT, cumplir con normas ISO 9001.
- Se deberá cotizar la totalidad de los renglones.
- Las entregas serán: la primer entrega del 50% a los 15 dìas de recibida la orden de compra, la segunda del 25% a los 4 meses de la primera y la tercera del 25% en enero 2018.
- Se contemplaràn plazos de importación
- Las entregas se realizarán en la División Laboratorio, en el horario de 8 a 12 hs., debiéndose presentarse en cada una de ellas el remito original correspondiente a los renglones entregados y tres copias.
  Deberá aclararse :
  1- Por cada determinación solicitada el espécimen a entregar y la cantidad.
  2- Precio unitario por renglón.
  3- Precio total por renglón.
  4- Monto total de lo solicitado.

Especificaciones técnicas

Para el proceso de los estudios solicitados se solicita la provisión de un autoanalizador totalmente automático en calidad de préstamo por un período de 12 meses y hasta agotar los insumos.
Deberá incluir:

- ✓ Reactivos, controles, calibradores, reactivos adicionales, consumibles, líquidos de limpieza, repuestos originales y service del mismo.
- ✓ Las determinaciones solicitadas contemplan los consumos controles, calibradores, verificaciones, diluciones puestas a punto, consumo Stand By, reinicializaciones y todo consumo necesario de reactivos para el normal y particular funcionamiento del Equipo en el transcurso del proceso licitario.
- ✓ Mantenimiento preventivo mensual y/o correctivo a requerimiento con service no mayor de 6 horas desde el llamado, con repuestos originales incluidos. En caso de no poder efectuar la reparación en el término estipulado, deberá reemplazar el equipo por otro de iguales características hasta ser subsanado el desperfecto.
- ✓ El equipo deberá ser asegurado por la empresa adjudicataria.
- ✓ El equipo debe poseer una Terminal con impresora para emitir los resultados de las muestras procesadas, incluyendo los consumibles y el papel adecuado para la impresión y el registro de la cantidad de determinaciones solicitadas.
- ✓ Deberá proveer la interfase de conexión al Sistema Informático existente en el Laboratorio. Se otorgará un plazo de hasta 3 meses de recibida la Orden de Compra, para la obtención de la licencia necesaria de conexión y funcionamiento de la conexión al sistema informático del Laboratorio.

ANA ZERDIEW
Bioquímica
Jefa Div. Laboratorio Central
Hospital Gral. Agudos E. Tornú
M.N.: 3.520

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 106/HGAT/17 (continuación)

- ✓ Los vencimientos de los reactivos no podrán ser inferiores a 12 meses a partir de la fecha de entrega .
- ✓ En caso que la presentación de los reactivos no coincida con la cantidad de las determinaciones solicitadas, se aceptará un variación no superior a más-menos 20%.
- ✓ La firma adjudicataria deberá entregar todos los accesorio, transformadores y estabilizadores de tensión adecuados, necesarios par el correcto funcionamiento de los equipos.
- ✓ La carga, descarga, estiba, instalación y adiestramiento del usuario correrán por cuenta de la empresa
- ✓ Junto con el instrumento deberá entregarse los manuales técnicos completos.
- ✓ Las empresas oferentes deberán cotizar indefectiblemente el total de lo solicitado.
- ✓ La preadjudicación se realizará de acuerdo a la comparativa de precios resultante de los montos totales.
- ✓ Junto con la primera entrega de reactivos se solicita la instalación en el Laboratorio de un autoanlizador en calidad de préstamo que reúna las siguientes características:

Se solicita la adecuaciòn eléctrica según las características edilicias del Laboratorio, que garantice el normal funcionamiento del Autoanalizador en el proceso Licitario.

- *El autoanalizador deberá ser totalmente automático random access de última generación, que procese las muestras por la tecnologìa tipo* ***electroquimioluminiscencia en fase sólida de partículas paramagnéticas u otra tecnología compatible.***.
- *Los reactivos deberán poseer código de barras incorporado que pueda ser leído por el instrumento para transferirle toda la información del test.*
- *Deberá contar con un sistema de acceso continuo; una productividad de no menos de 170 test por hora; con una capacidad no menor a 150 muestras en versión rack .*
- *Deberá permitir utilizar tubos primarios y secundarios simultáneamente . Con rotor de reactivos refrigerado, con no menos de 25 parámetros simultáneos. Apertura y cierre automático de reactivos. Volumen de muestras no mayor a 50 microlitros. Actualización automática de inventario de reactivos, consumibles y deshechos. Software con una única pantalla táctil y que permita almacenar no menos de 9000 pacientes . Código de barras en los reactivos, para muestras, controles y calibradores. Pre y post dilución automática. Pipeta de muestra con sistema de detección de nivel y coágulos. Calibración automática de 2 puntos. Posiciones para muestras urgentes priorizadas. Deberá permitir el agregado de módulos para química clínica y electrolitos pudiendo consolidarse el área de trabajo para sueros y/o plasma, según necesidades del Laboratorio .*

Se deberá adjudicar un único analizador para el consumo de todos los renglones solicitados por razones de costo, practicidad y calidad técnica.


ANA ZERDIEW
Esp. Bioquímica
Jefa Div. Laboratorio Central
Hospital Gral. Agudos E. Tornú
M.N.: 3.520

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 106/HGAT/17 (continuación)

Se solicita metodologìa tipo Electroquimioluminiscente como la descripta, por los siguientes motivos:

1) Pacientes crìticos, infectològicos, oncològicos, hematològicos entre otros, en los mismos el seguimiento en el tiempo de las pruebas de laboratorio por una determinada metodologìa, resulta necesaria y aconsejable debido a que los resultados de los Anàlisis Clìnicos pueden variar de una tecnologìa a otra, a causa de la sensibilidad de las diferentes tècnicas, tecnologías y mètodos.
2) Las instalaciones del Laboratorio son compatibles para algunos aparatos y autoanalizadotes.
3) Las condiciones edilicias con espacio disponible e instalaciones del edificio estàn directamente relacionados con las dimensiones de los aparatos en comodato.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR EN LA OFERTA:
Los oferentes deberán adjuntar en la oferta copia de la autorización emitida por el ANMAT, donde se acredite la propiedad por parte del proveedor, oferente, del analizador a recibir en préstamo.
Asimismo, en el caso de resultar adjudicada su oferta, deberá entregar a esta dependencia, Póliza del Seguir del instrumento de medición.



FIN DEL ANEXO