

**ANEXO - Preadjudicación - Licitación Pública N° 401-0897-LPU17****Asesoramiento Técnico:**

Número expediente: EX-2017-13876465- -MGEYA-DGADCYP

Número proceso de compra: 401-0897-LPU17

Nombre proceso de compra: Adquisición de equipamiento médico con destino a diferentes efectores de atención primaria del MSGC

Ítem 1	Equipo:	Balanza con Altímetro p/ Adultos	Cantidad	45	
EMPRESA	MARCA	Modelo:	Precio Unit.:	Cumplimiento de PETG PETP	Incumplimientos:
INSTRUEQUIPOS S.A.(*)	Systell	Urbe II	18128	Cumple	
Silvana Graciela Charaf	Systell	Urbe II	26500	Cumple	
BHAURAC SA	Systell	Urbe II	13550	No cumple	PETG Anexo 1

Precio Estimado: \$16.250

Ítem 2	Equipo:	Fotósforo	Cantidad	45	
EMPRESA	MARCA	Modelo:	Precio Unit.:	Cumplimiento de PETG PETP	Incumplimientos:
INSTRUEQUIPOS S.A.	Prexa	no identifica	3089	No cumple	Ptos. 1 y 2
BHAURAC SA	VRH	no identifica	1739	No cumple	Ptos 1 y 2
DANIEL PADRO	VRH	no identifica	2857	No cumple	Ptos. 1, y 2
PROPATO HNOS. S.A.I.C.	Segalini	13889	2465	No cumple	Ptos. 1 y 2
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.	VRH	no identifica	2236	Cumple	

Precio Estimado: \$3.250

Ítem 3	Equipo:	Colposcopio	Cantidad	45	
EMPRESA	MARCA	Modelo:	Precio Unit.:	Cumplimiento de PETG PETP	Incumplimientos:
INSTRUEQUIPOS S.A.	Colden	C-21	28128	Cumple	
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. (*)	Colden	C-22	19998	Cumple	

Precio Estimado: \$17.875

Ítem 4	Equipo:	DIAPASON HARTMANN	Cantidad	45	
EMPRESA	MARCA	Modelo:	Precio Unit.:	Cumplimiento de PETG PETP	Incumplimientos:
INSTRUEQUIPOS S.A. (*)	Nopa	KM 866/02	2460	Cumple	
BHAURAC SA	no identifica	no identifica	495	No Cumple	Ptos. 1 y 2

Precio Estimado: \$2.000

Ítem 5	Equipo:	Monofilamento	Cantidad	45	Desierto
--------	---------	---------------	----------	----	----------

Esta Gerencia operativa, considera que las ofertas marcadas con un asterisco (\*), presentan precios unitarios que resultan razonables de acuerdo a las variables económicas del mercado local.



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**  
"2017 Año de las Energías Renovables"

**Informe**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** EX-2017-13876465- -MGEYA-DGADCYP

---

**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO**

En el marco de la Contratación Menor N° 401-0897-LPU17, para la “Adquisición de equipamiento médico con destino a diferentes efectores del sistema de atención primaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y habiéndose finalizado la evaluación técnica de las ofertas de referencia, de acuerdo a lo informado mediante PV-2017-16326528- -DGCTFS, se remiten las actuaciones con el aval de esta Dirección General.



**Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
2017 Año de las Energías Renovables**

**Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas**

Buenos Aires, 24/07/2017

Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) 401 - MINISTERIO DE SALUD

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Tipo de proceso de compra: Licitación Pública

Número de proceso de compra: 401-0897-LPU17

Nombre de proceso de compra: Adquisición de equipamiento médico con destino a diferentes efectores de atención primaria del MSGC

Ejercicio: 2017

Tipo de Modalidad: Sin modalidad

Enquadre legal: Ley N° 2.095 Art. 31°

Expediente: EX-2017-13876465- -MGEYA-DGADCYP

Rubro y Clases: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico, Salud , Renglón1: Básculas y Balanzas , Renglón2: Equipos Médicos y Quirúrgicos , Renglón3: Equipos Médicos y Quirúrgicos , Renglón4: Equipos Médicos y Quirúrgicos , Renglón5: Insumos Descartables e Insumos Médicos y Quirúrgicos

Objeto de la Contratación: Adquisición de equipamiento médico con destino a diferentes efectores de atención primaria del MSGC

Repartición Solicitante: 401 - MINISTERIO DE SALUD

Fecha de Apertura: 05/07/2017 11:00:00 a.m.

Ofertas Presentadas: 6

De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:

DANIEL PADRO

Silvana Graciela Charaf

PROPATO HNOS. S.A.I.C.

CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.

BHAURAC SA

INSTRUEQUIPOS S.A.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 24/07/2017 se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante disposición con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:

Número renglón opción	Pre Adjudicatarios	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario final	Precio unitario final en ARS	Precio total del renglón	Precio total final del renglón	Precio total final del renglón en ARS
1.1	BHAURAC SA	45,00 UNIDAD x 1U	ARS 13550	ARS 13550,00	ARS 13550,00	ARS 609750,00	ARS 609750,00	ARS 609750,00
3.1	CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.	45,00 UNIDAD x 1u	ARS 19998	ARS 19998,00	ARS 19998,00	ARS 899910	ARS 899910,00	ARS 899910,00
4.1	INSTRUEQUIPOS S.A.	45,00 UNIDAD	ARS 2460	ARS 2460,00	ARS 2460,00	ARS 110700	ARS 110700,00	ARS 110700,00

Precio Total de la Pre Adjudicación: ARS 1620360,00

Precio Total de la Pre Adjudicación sin descuento: ARS 1620360,00

**Ofertas desestimadas**

**DANIEL PADRO 2010133252**

Renglón	Opción	Descripción	Tipo	Evaluación Técnica	Evaluación Económica
2	1	FOTOFORO (LAMPARA DE	Especificación	RENLÓN DEJADO SIN EFECTO -	RENLÓN DEJADO SIN EFECTO -

		PIE)Característica/s Lámpara de pie, con spot dicroico, sistema multiregurable, columna regulable de acero inoxidable, base estrella de 5 ramas con ruedas giratorias en sus extremos		NO-2017-16650464-DGCTFS.	NO-2017-16650464-DGCTFS.
--	--	---	--	--------------------------	--------------------------

**Silvana Graciela Charaf 27134643000**

Renglón	Opción	Descripción	Tipo	Evaluación Técnica	Evaluación Económica
1	1	BALANZACaracterística/s Capacidad máxima 400 kg, con tallímetro	Especificación	PRECIO INCONVENIENTE	PRECIO INCONVENIENTE

**PROPATO HNOS. S.A.I.C. 30554258693**

Renglón	Opción	Descripción	Tipo	Evaluación Técnica	Evaluación Económica
2	1	FOTOSFORO (LAMPARA DE PIE)Característica/s Lámpara de pie, con spot dicroico, sistema multiregurable, columna regulable de acero inoxidable, base estrella de 5 ramas con ruedas giratorias en sus extremos	Especificación	REGLÓN DEJADO SIN EFECTO - NO-2017-16650464-DGCTFS.	REGLÓN DEJADO SIN EFECTO - NO-2017-16650464-DGCTFS.

**CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. 30618783185**

Renglón	Opción	Descripción	Tipo	Evaluación Técnica	Evaluación Económica
2	1	FOTOSFORO (LAMPARA DE PIE)Característica/s Lámpara de pie, con spot dicroico, sistema multiregurable, columna regulable de acero inoxidable, base estrella de 5 ramas con ruedas giratorias en sus extremos	Especificación	REGLÓN DEJADO SIN EFECTO - NO-2017-16650464-DGCTFS.	REGLÓN DEJADO SIN EFECTO - NO-2017-16650464-DGCTFS.

**BHAURAC SA 30611816614**

Renglón	Opción	Descripción	Tipo	Evaluación Técnica	Evaluación Económica
2	1	FOTOSFORO (LAMPARA DE PIE)Característica/s Lámpara de pie, con spot dicroico, sistema multiregurable, columna regulable de acero inoxidable, base estrella de 5 ramas con ruedas giratorias en sus extremos	Especificación	REGLÓN DEJADO SIN EFECTO - NO-2017-16650464-DGCTFS.	REGLÓN DEJADO SIN EFECTO - NO-2017-16650464-DGCTFS.
4	1	DIAPASON HARTMANN DIAPASON HARTMANN - Modelo: C 128	Especificación	No cumple especificaciones técnicas detalladas en Informe Técnico IF-2017-16324413-DGCTFS	No cumple especificaciones técnicas detalladas en Informe Técnico IF-2017-16324413-DGCTFS

**INSTRUEQUIPOS S.A. 33568293709**

Renglón	Opción	Descripción	Tipo	Evaluación Técnica	Evaluación Económica
2	1	FOTOSFORO (LAMPARA DE PIE)Característica/s Lámpara de pie, con spot dicroico, sistema multiregurable, columna regulable de acero inoxidable, base estrella de 5 ramas con ruedas giratorias en sus extremos	Especificación	REGLÓN DEJADO SIN EFECTO - NO-2017-16650464-DGCTFS.	REGLÓN DEJADO SIN EFECTO - NO-2017-16650464-DGCTFS.
3	1	COLPOSCOPIOCaracterística/s Binocular	Especificación	PRECIO INCONVENIENTE	PRECIO INCONVENIENTE

## Encuadre Legal:

Artículo N° 110 Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5666)

## Observaciones:

Por resultar las ofertas económica y técnicamente convenientes conforme Informe Técnico IF-2017-16324413-DGCTFS e IF-2017-16330143-DGCTFS. Se deja constancia que el presente es modificatorio del Dictamen original, toda vez que, en forma posterior a la emisión de éste, surgieron cuestiones técnicas que importaron modificaciones en la evaluación de las ofertas (Renglón N° 2 dejado sin efecto Nota NO-2017-16650464-DGCTFS de fecha 19/07/2017).

## Imputación:

El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente

## Aprobación:

Nombre Usuario	Cargo	Estado
Alejandro Enrique VARSALLONA	Gerente	Autorizada
María del Carmen Maiorano	Gerenta Operativa de la Oficina de Gestión Sectori	Autorizada
Damián Leardo Gabás	Gerente	Autorizada

## Anuncio de pre adjudicación:

BOLETÍN OFICIAL Y PAGINA DE INTERNE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: 24/7/2017

## Exposición:

24/7/2017

**Declaración Jurada Ética Pública**

- Declaro bajo Juramento el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses establecido en la Ley N° 4895/2013 y su reglamentación correspondiente al régimen de ética en el ejercicio de la función pública.

**Anexos**

(-) [Ocultar archivos ingresados](#)

**Anexos Ingresados**

Nombre	Acciones
SE DEJE SIN EFECTO RENGLON 2NO-2017-16650464-+++ -DGCTFS.pdf	
AS TECNICO - IF-2017-16324413-+++ -DGCTFS(1).pdf	
AVAL VENTAFRIDDA - IF-2017-16330143-+++ -DGCTFS.pdf	

[Volver](#)

**ANEXO - Preadjudicación - Licitación Pública N° 401-0897-LPU17 (continuación)**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2017 Año de las Energías Renovables"

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/Adquisición de Insumos. EX-2017-13876465- -MGEYA-DGADCYP.

**A:** Emilse Filippo (DGADCYP),

**Con Copia A:** MONICA GONZALEZ BIONDO (DGADCYP), SIEGENTHALER, JUAN ARTURO (DGADCYP), WALTON CAROLINA (DGCTFS), Martín Menafra (DGCTFS),

---

**De mi mayor consideración:**

Por medio de la presente me dirijo a Ud. a fin de **dejar sin efecto** el renglon N° 02 (Fotósforos) del proceso de compra 401-0897-LPU17 que tramita por expediente N° EX-2017-13876465- MGEYA-DGADCYP. El motivo radica en que el mismo proceso de compra contempla la adquisición de Colposcopios (Renglón N°3) los cuales disponen de fuentes de iluminación propia, por lo que no se vuelve necesaria la compra de fotosforos (lámparas ginecológicas).

Sin otro particular saluda atte.

**FIN DEL ANEXO**